

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2018] 深 量标 深企 证字 第 065 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

建标单位名称 深圳中恒检测技术有限公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 低频信号发生器检定装置 代码 23213400

Name of Measurement Standard Code

测量范围 频率: (1Hz~1MHz), 交流电压: 1mV~300V(3Hz~300kHz),
失真: (0.01~30) %

Measuring Range

不确定度或准确度等级
或最大允许误差 频率 MPE: $\pm 5 \times 10^{-8}$; 交流电压 MPE: $\pm 0.1\%$;
失真 MPE: $\pm 1\text{dB}$

Uncertainty/Accuracy Class/
Maximum Permissible Error

保存地点
Installed in

深圳市宝安区沙井街道后亭
全至科技创新园科创大厦 2
层 G 电学室 204

发证机关 (印章)

The Issuing Authority

发证日期 2018 年 03 月 22 日

Date Issued

有效期至 2022 年 03 月 21 日

Date of Expiry



计量标准器 Measurement Standard	名称 Name	型号 Model/type	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	制造厂及出厂编号 Manufacturer and Series number
	频率计	53131A	1Hz~1MHz	频率 MPE: $\pm 5 \times 10^{-8}$	HP3416A05197
	音频分析仪	8903B	电压: (1mV~300V); 频率: (1Hz~100)kHz 失真: (0.01~30)%	失真 MPE: ± 1 dB	HP3514A16119
	数字多用表	34401A	1mV~750V(3Hz~300kHz)	交流电压 MPE: $\pm 0.1\%$	hpUS36033267
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment					
可开展的检定或校准项目 Verification and calibration items	名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	依据的计量检定规程或技术规范的代号及名称 Verification regulation or technical specification and its code	
	低频信号发生器	频率: (1Hz~1MHz)	频率 MPE: $\pm 0.02\%$	JJG 602-2014 低频信号发生器	
		交流电压: 1mV~300V (3Hz~300kHz)	交流电压 MPE: $\pm 2\%$		
		测量失真: (0.01~30)%	失真 MPE: $\pm 20\%$		