

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2018] 深 量标 深企 证字 第 050 号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

建标单位名称 深圳中恒检测技术有限公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 钳形电流表校准装置 代码 15117500

Name of Measurement Standard Code

测量范围 直流电流：(1~500) A，交流电流：(1~500) A (45 Hz~65 Hz)

Measuring Range

不确定度或准确度等级
或最大允许误差 直流电流： $U_{rel}=0.5\%$ ，交流电流： $U_{rel}=0.5\%$ ， $k=2$

Uncertainty/Accuracy Class/
Maximum Permissible Error

保存地点
Installed in

深圳市宝安区沙井街道后亭
全至科技创新园科创大厦 2
层 G 电学室 204

发证机关 (印章)

The Issuing Authority

发证日期 2018 年 03 月 22 日

Date Issued

有效期至 2022 年 03 月 21 日

Date of Expiry



计量标准器 Measurement Standard	名称 Name	型号 Model/type	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	制造厂及出厂编号 Manufacturer and Series number
	多功能校准器	5500A	直流电流:±11 A	MPE: ±(0.01%读数+0.25 μA)	FLUKE7090007
			交流电流: 29 μA~11 A (45 Hz~65 Hz)	MPE: ±(0.09%读数+ 3 μA)	
	线圈测试仪	5500A/COIL	直流电流: 1 A~1000 A	MPE:±0.28%读数	FLUKE ZH-DX-68
交流电流: 1 A~1000 A (45 Hz~65 Hz)			MPE:±0.28%读数		
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment					
可开展的检定或校准项目 Verification and calibration items	名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty / accuracy class / maximum permissible error	依据的计量检定规程或技术规范的代号及名称 Verification regulation or technical specification and its code	
	钳形电流表	直流电流: (1~500) A	2级及以下级别	JJF 1075—2015 钳形电流表校准规范	
交流电流: (1~500) A (45 Hz~65 Hz)		2级及以下级别			